









附件三

单一来源采购方式专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位（盖章）	常州市金坛第一人民医院
申请采购项目名称	西门子医疗设备维保
申请采购项目预算	335 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的；	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
<p>原因阐述： 我院 CT, MR, DR, DSA, 钼靶等七台西门子医疗设备属于大型医用检查设备，价格昂贵，设备精度要求高。对设备的操作性及安全性有很严格的要求，对零部件的安全性、产品质量、维修人员的技术以及维修工具有着特别高的要求。人员专业性、维护保养、零部件更换等均可能影响指标，非原厂维保在人员配备、技术专业性及维修保养工具、零配件货源等方面均不能可靠保障。设备检查的质量主要取决于设备的图像、X 线能量、密度分辨率、对比度和噪声等因素，任何一个零配件都可能影响上述指标，从而影响图像质量、检查效果。第三方维修可能造成图像的失真，检查的无效甚至错误，维修时间较长甚至配件缺失而无法维修的情况。故须购买原厂保修，申请单一来源采购。采购预算 335 万/年，采购维保服务三年。以上设备合计总价值：4776 万元。</p>	
三、专家论证意见	
<p>原保修质量有保证。维保及时体现医院医疗工作开展。且提供定期保养服务。有效提高设备使用效率和使用寿命。推荐采购原厂设备维保。</p>	
<p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">年 月 日 </p>	



注：1. 项目预算金额达到 50 万元（含）-100 万元，专家论证组由 3 人以上单数组成。
 2. 项目预算金额达到 100 万元（含）以上的，专家论证组由 5 人以上单数组成。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 	
	工作单位: 	
项目信息	项目名称: 西门子 1.5T 磁共振、64 排螺旋 CT、双板 DR、单板 DR、64 排螺旋 CT、血管造影机 (DSA)、数字化乳腺钼靶机	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p></p>	
专业人员签字		日期: 


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 西门子 1.5T 磁共振、64 排螺旋 CT、双板 DR、单板 DR、64 排螺旋 CT、血管造影机 (DSA)、数字化乳腺钼靶机	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">放射科这类器械大都为大品牌 的设备, 价格昂贵, 维修精密, 尽量 采用原厂维修; 如原厂维修, 费用可保 证, 第三方维修会带来质量, 维修 时间及配件不能保证的隐患。 建议采用原厂维修。</p>	
专业人员签字		日期: 21.8.20.

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑建刚	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 常州市武进人民医院	
项目信息	项目名称: 西门子 1.5T 磁共振、64 排螺旋 CT、双板 DR、单板 DR、64 排螺旋 CT、血管造影机 (DSA)、数字化乳腺钼靶机	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>(1) 原厂配件有时间保障和售后服务</p> <p>(2) 维护人员专业性强, 工艺精湛, 知识更新快。</p> <p>(3) 有过程监控和质保体系</p> <p>(4) 有延伸服务和培训</p> <p>(5) 抗衰及病情随访</p> <p>(6) 也是性价比相对较高</p> <p>建议单一来源采购, 原厂质保</p>	
专业人员签字		日期: 2021.8.20

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张俊	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 南昌市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 西门子 1.5T 磁共振、64 排螺旋 CT、双板 DR、单板 DR、64 排螺旋 CT、血管造影机 (DSA)、数字化乳腺钼靶机	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. 原厂配件保证设备的稳定性和有效性</p> <p>2. 所有配件都原退回原厂, 进关出关都要详细登记, 所有配件都可以追溯。</p> <p>建议单一来源采购, 原厂配件。</p>	
专业人员签字	张俊	日期: 2021.8.20

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 潘昌杰	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 常州第二人民医院	
项目信息	项目名称: 西门子 1.5T 磁共振、64 排螺旋 CT、双板 DR、单板 DR、64 排螺旋 CT、血管造影机 (DSA)、数字化乳腺钼靶机	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">该项目所含设备均为高端精密设备，在整个使用过程中如何呵护、维护、做好使用设备，为医院、社会创造更大的效益是维修、保养的关键，而安全是第一要事。原厂配件能确保设备运行的安全，提升设备的稳定性，提高设备的使用率，为医院创造更加好的效益。</p> <p style="text-align: center;">意见: 建议采购原厂配件。 不建议第三方介入配件。</p>	
专业人员签字	潘昌杰	日期: 2021-8-20

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。