



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 吕春年
	工作单位： 漯河市人民医院
	职务/职称： 高级工程师
项目信息	项目名称：漯河市中医医院双源 CT 维保项目
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员 论证意见	<p style="text-indent: 2em;">高端CT的维保的及时性取决于配件的供应及时与技术人员的技术水平。原厂配件既可靠，又供应及时，而且能保证全新。工程技术业务能力又强，判断故障准确。故建议采用单一来源采购。</p>
专业人员签字	吕春年
	日期 <u>2024</u> 年 <u>7</u> 月 <u>28</u> 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	工作单位: 漯河市采管中心	
	职务/职称:	
项目信息	项目名称: 漯河市中医医院双源 CT 维保项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	<p>CT设备的任何一个零部件都可能影响指标从而影响图像质量、检查效率。原厂维保能保证上述所有指标,及时解决问题,保证设备的高效运行,从而保障患者安全。本项目符合采购法规定之情形,适用于单一来源采购方式,建议用单一来源的方式由西门子医疗系统有限公司实施漯河中医院双源CT维保。</p>	
专业人员签字		日期 <u>2021</u> 年 <u>7</u> 月 <u>28</u> 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李季	
	工作单位: 溧阳市中医医院	
	职务/职称: 科长	
项目信息	项目名称: 溧阳市中医医院双源 CT 维保项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">西门子医疗有限公司能保证备件规格的统一性, 备件来源可靠, 该管只有西门子公司提供, 其他公司无法提供, 故建议单一来源采购。</p>	
专业人员签字	李季	日期 <u>2021</u> 年 <u>7</u> 月 <u>28</u> 日

溧阳市中医医院双源 CT 维保项目

单一来源采购专家论证意见

采购人名称	溧阳市中医医院
采购项目名称	溧阳市中医医院双源 CT 维保
采购项目编号	
拟定的唯一供应商名称及其地址	供应商：西门子医疗系统有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号五层 516 室
项目基本情况	溧阳市中医医院 Flash 双源 CT 主要用于心血管检查、肺结节的计算机辅助检测、胸痛三联征检查等，是医院不可或缺的设备。目前质保即将到期，为保证设备安全、有效的正常运行，针对该设备进行相关维保服务。

1、备件技术标准：只有西门子医疗有限公司才能保证备件规格的统一，符合原厂标准，能够满足国家质控要求。为保障医疗工作的正常开展，尽可能减少故障风险，须由西门子医疗系统有限公司开展本院的售后维护工作。

2、备件供应：西门子医疗有限公司具备国内备件库，位于上海自贸保税区，能够第一时间为医疗机构提供原厂备件，备件来源可靠，具备可追溯性。

3、2014 年 10 月 1 日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册。如使用非原厂配件，西门子公司不负责重新注册。

4、CT 设备的图像、X 线能量、空间分辨率、密度分辨率、时间分辨率、对比度和噪声等因素，任何一个零配件都可能影响上述指标，从而影响图像质量、检查效果。原厂维保能保证上述所有指标，及时解决为题，保证设备的高效运行，从而保障患者安全。

论证意见：

综上所述，此次溧阳市中医医院双源 CT 维保具有唯一性，为了保障设备运行的稳定性和可靠性，保证患者安全，本项目符合中华人民共和国政府采购法第三十一条第一款规定之情形，适用于单一来源采购方式，建议用单一来源的方式由西门子医疗系统有限公司实施溧阳市中医医院双源 CT 维保。

专家签名：



2021 年 07 月 28 日