

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李义	
	职称:	
	工作单位: 常州大学	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院低温过氧化氢灭菌器维保项目	
	供应商名称: 常州市惠迪森医疗用品有限公司	
专业人员论证意见	由于该设备使用频繁, 出现故障时需及时更换零部件, 很多零件是整机重要结构及组成, 原厂设备能够保证设备运行稳定性和及时性, 综上, 该项目具有特殊性, 属于只能从规定的单一供应商采购情形, 建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	李义	日期 2022年 2月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王西平	
	职称: 副研究员	
	工作单位: 常州卫生职业技术学院	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院低温过氧化氢灭菌器维保项目	
	供应商名称: 常州市惠迪森医疗用品有限公司	
专业人员论证意见	<p>该维保项目因技术含量高、复杂程度高, 零配件均需原厂提供。为保证维修保养质量, 需专业人员进行调试与保养。</p> <p>建议采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	王西平	日期 2022年2月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙华	
	职称:	
	工作单位: 常州市公安局新北分局	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院低温过氧化氢灭菌器维保项目	
	供应商名称: 常州市惠迪森医疗用品有限公司	
专业人员论证意见	此批设备使用频繁, 出现故障时, 需及时有效的解决问题, 保证设备正常运转, 备件能够及时供应, 保证设备的正常运转, 保证设备的稳定性和使用寿命。常州利华医疗器械有限公司多次提供优质的服务和售后服务, 跟踪到本系统, 服务态度和效率统一。	
专业人员签字	孙华	日期 2022年 2 月 14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。