

173	手术刀柄	WLZX-1182	未来之星	不锈钢制，全长约125mm，能与20、21、22、23、24、25号手术刀片配合使用。	8	把	20	160
174	手术刀片	WLZX-1096	未来之星	刀片硬度不锈钢不低于650HV10，刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用。	8	包	20	160
175	电泳仪	WLZX-1142	未来之星	四组输出，输出电压：2V~200V、输出电流：2mA~200mA，具有36V电压限制功能	2	台	2568	5136
176	恒温振荡器	WLZX-1201	未来之星	技术指标：1. 电源电压：AC220V 50Hz。2. 加热功率：300W。3. 振荡方式：回旋式。4. 振荡范围：30-250转/分。5. 振荡幅度：23mm。6. 恒温范围：室温-60℃。7. 控温精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。8. 外壳金属，尺寸：340mm \times 380mm \times 270mm。	1	台	2568	2568
177	水平电泳槽	WLZX-1278	未来之星	聚碳酸酯注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm \times 60mm	8	个	316	2528
178	微量移液器	WLZX-1420	未来之星	1 μL ~10 μL	9	支	120	1080
179	微量移液器	WLZX-1418	未来之星	20 μL ~200 μL	20	支	120	2400
180	微量移液器	WLZX-1227	未来之星	100 μL ~1000 μL	9	支	120	1080
181	移液器架	WLZX-1092	未来之星	可放置5支移液器	10	个	158	1580
182	DNA电泳图谱观察仪	WLZX-1099	未来之星	主要参数：1. 电源：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz；工作电压：12V；工作电流：0.6A。2. 高能量特定波长的大功率LED蓝光光源。3. 观察窗：100mm \times 100mm。4. 机壳：金属制，尺寸：300mm \times 200mm \times 100mm。	1	台	1184	1184
183	PCR仪	WLZX-1392	未来之星	仪器由CPU控制系统，温控系统，输入输出系统以及软件系统等组成。1. 控温范围：0 $^{\circ}\text{C}$ -99.9 $^{\circ}\text{C}$ ；2. 升降温时间及速率： $\geq 2^{\circ}\text{C}/\text{S}$ ；3. 控温精度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ；显示精度：0.1 $^{\circ}\text{C}$ ；4. 控温节数：6节；5. 样本容量：标配32 \times 0.2ml，其余规格可定制；6. 适用试管：0.2ml、0.5ml（可选）；7. 电源：220V；8. 外形尺寸：195 \times 220 \times 200mm。	1	台	6317	6317
184	组织捣碎匀浆机	WLZX-1033	未来之星	主要参数：1. 转速：0r/min~12000r/min，无级调速。2. 电动机为立式单相串激电动机，额定功率：120W，工作电压：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz。3. 最大容量：1L。4. 金属外壳，尺寸：260mm \times 210mm \times 420mm。	1	台	1026	1026
185	果酒果醋发酵装置	WLZX-1405	未来之星	透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。产品由发酵瓶、硅胶管、支架、不锈钢管、水封管组成。	25	个	52	1300
186	纯水机	WLZX-1091	未来之星	产品为组装式，由主机、储水箱、龙头、水管等组成。1. 电源：AC220V 50Hz。2. 功率：25W。3. 纯水机产量：R0-50加仑（185升/日25 $^{\circ}\text{C}$ ）4. 储水箱储水量：约12L。5. 适用小压：0.1-0.3MPa。	1	台	3358	3358

187	玻璃三角刮刀(涂布器)	WLZX-1334	未来之星	玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。	25	个	8	200
188	植物细胞有丝分裂	WLZX-1257	未来之星	洋葱根尖纵切	20	片	4	80
189	胞间连丝切片	WLZX-1211	未来之星	多重染色	20	片	4	80
190	黑藻叶装片	WLZX-1109	未来之星	显示细胞核及叶绿体	20	片	4	80
191	酵母菌装片	WLZX-1287	未来之星	多重染色	20	片	4	80
192	水绵装片	WLZX-1272	未来之星	多重染色	20	片	4	80
193	大肠杆菌涂片	WLZX-1384	未来之星	<ol style="list-style-type: none"> 在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 实验所用载玻片应经洗液清洗。 	20	片	4	80
194	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)	WLZX-1359	未来之星	<ol style="list-style-type: none"> 标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体(中期和后期显著)、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2~4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 切片厚度为6~8μm； 卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子宫壁完整。 	20	片	4	80
195	草履虫分裂生殖装片	WLZX-1234	未来之星	多重染色	20	片	4	80
196	蝗虫精巢减数分裂切片	WLZX-1028	未来之星	<ol style="list-style-type: none"> 标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 材料应取自蝗虫精巢； 	20	片	4	80

				4. 切片厚度应为6~8 μm。				
197	蛙血涂片	WLZX-1327	未来之星	多重染色	20	片	4	80
198	表皮细胞装片	WLZX-1010	未来之星	标本在 100× 和 400× 生物显微镜下观察表皮细胞形态。	20	片	4	80
199	骨骼肌纵横切	WLZX-1262	未来之星	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标本在 80× 和 200× 学生显微镜下观察骨骼肌纵横断面的结构； 2. 在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形和长形的胞核； 3. 在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及胞核和血小管； 4. 标本取材于哺乳动物的膈肌； 5. 纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于 90%。 	20	片	4	80
200	运动神经元装片	WLZX-1301	未来之星	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标本在 80× 和 200× 学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2. 能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3. 不要求显示尼氏体； 4. 标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5. 用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6. 神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在 80× 镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 	20	片	4	80
201	胰腺切片(示胰岛)	WLZX-1379	未来之星	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标本在 80× 和 200× 学生显微镜下观察胰腺(示胰岛)的结构； 2. 取材于大鼠。 	20	片	4	80
202	正常人染色体装片	WLZX-1275	未来之星	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标本在 1000× 生物显微镜下，观察 46 条人染色体；每组两片，男性、女性各 1 片； 2. 应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3. 能认出色丝粒向两端伸展的染色单体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4. 标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5. 吉姆萨(Giemsa) 染液或醋酸洋红染色。 	20	片	4	80
203	DNA 和 RAN 在细胞中的分布	WLZX-1065	未来之星	多重染色	20	片	4	80

204	线粒体切片	WLZX-1180	未来之星	多重染色	20	片	4	80
205	量筒	WLZX-1138	未来之星	10ml	30	个	11	330
206	量筒	WLZX-1249	未来之星	25ml	30	个	11	330
207	量筒	WLZX-1160	未来之星	50ml	30	个	12	360
208	锥形瓶	WLZX-1168	未来之星	50ml	200	个	20	4000
209	锥形瓶	WLZX-1295	未来之星	100ml	200	个	20	4000
210	冷凝器	WLZX-1018	未来之星	直固, 300mm	25	个	31	775
211	漏斗	WLZX-1350	未来之星	60mm	30	个	7	210
212	漏斗	WLZX-1218	未来之星	90mm	30	个	14	420
213	滴管	WLZX-1292	未来之星	1. 规格: 常用为 90mm、100mm 2 种; 2. 胶头滴管每滴为 0.05ml, 塑料滴管 1ml、3ml。	200	支	4	800
214	滴瓶	WLZX-1332	未来之星	30ml	200	个	4	800
215	细口瓶	WLZX-1198	未来之星	250ml	60	个	12	720
216	细口瓶	WLZX-1105	未来之星	500ml	60	个	16	960
217	细口瓶	WLZX-1153	未来之星	1000ml	10	个	26	260
218	滴瓶	WLZX-1051	未来之星	60ml	200	个	8	1600
219	滴瓶	WLZX-1241	未来之星	棕色, 30ml	200	个	8	1600
220	滴瓶	WLZX-1172	未来之星	棕色, 60ml	200	个	8	1600
221	石棉网	WLZX-1094	未来之星	1. 产品由金属网和附在网上的石棉组成; 2. 金属网由 $\phi 0.1mm$ 左右的钢丝编织而成, 密度均匀, 织网密度间距不大于 2mm, 金属网为边长不小于 125mm 的正方形, 边缘应作卷边处理, 不散网、不翘丝; 3. 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形, 直径不小于 100mm, 厚度为 3mm 左右, 要求不散、不裂、不脱落;	25	个	3	75
222	药匙	WLZX-1221	未来之星	1. 产品为塑料制成: 两端分别为大小匙勺, 全长不小于 150mm; 具有一定的韧性, 不易折断; 2. 产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。	25	把	2	50
223	玻璃棒	WLZX-1279	未来之星	$\phi 5mm \sim 6mm$	3	个	73	219


224	葡萄糖	WLZX-1023	未来之星	500g		1	个	49	49
225	蔗糖	WLZX-1108	未来之星	500g		2	个	56	112
226	可溶性淀粉	WLZX-1426	未来之星	500g		1	个	62	62
227	酒精	WLZX-1403	未来之星	500ml		4	个	38	152
228	pH 广范围试纸	WLZX-1324	未来之星	1~14		25	本	9	225
229	定性滤纸	WLZX-1382	未来之星	滤纸		5	盒	38	190
230	胭脂红(洋红)	WLZX-1194	未来之星	25g		1	个	113	113
231	龙胆紫	WLZX-1167	未来之星	25g		1	个	83	83
232	曙红 B(伊红 B)	WLZX-1034	未来之星	25g		1	个	134	134
233	美蓝	WLZX-1305	未来之星	25g		1	个	90	90
234	酚红	WLZX-1199	未来之星	25g		1	个	188	188
235	苏丹III	WLZX-1056	未来之星	25g		1	个	56	56
236	刚果红	WLZX-1294	未来之星	25g		1	个	135	135
237	溴麝香草酚蓝	WLZX-1031	未来之星	10g		1	个	244	244
238	无水乙醇	WLZX-1310	未来之星	500ml		5	个	64	320
239	氢氧化钠	WLZX-1258	未来之星	500g		1	个	28	28
240	载玻片	WLZX-1393	未来之星	玻璃制品, 25.4×76.2mm(1"×3"), 1mm~1.2mm, 50PCS/盒。		10	盒	15	150
241	盖玻片	WLZX-1239	未来之星	玻璃制品, 18×18mm, 0.13~0.17mm, 100PCS。		50	包	8	400
242	牛肉膏蛋白胨培养基试剂			试剂:					
243	牛肉膏	WLZX-1188	未来之星	牛肉膏 500g		1	个	169	169
244	蛋白胨	WLZX-1089	未来之星	蛋白胨 500g		1	个	320	320

245	纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂			试剂:				
246	纤维素粉	WLZX-1048	未来之星	纤维素粉 100g	1	个	38	38
247	磷酸氢二钠 ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	WLZX-1139	未来之星	磷酸氢二钠 ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 500g	1	个	113	113
248	磷酸二氢钾 (KH_2PO_4)	WLZX-1173	未来之星	磷酸二氢钾 (KH_2PO_4) 500g	1	个	90	90
249	硫酸镁 ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	WLZX-1313	未来之星	硫酸镁 ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 500g	1	个	36	36
250	氯化钾	WLZX-1285	未来之星	氯化钾 500g	1	个	64	64
251	酵母浸膏	WLZX-1344	未来之星	酵母浸膏 250g	2	个	211	422
252	水解酪素	WLZX-1267	未来之星	水解酪素 250g	1	个	827	827
253	羧甲基纤维素钠 (CMC-Na)	WLZX-1255	未来之星	羧甲基纤维素钠 (CMC-Na) 500g	1	个	169	169
254	分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基	WLZX-1070	未来之星	选择培养基1.5L, 鉴别培养基2.5L.	1	套	1354	1354
255	PCR扩增实验试剂盒	WLZX-1098	未来之星	PCR全套试剂	1	套	1316	1316
256	琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒	WLZX-1187	未来之星	电泳全套试剂	1	套	902	902
257	测电笔	WLZX-1243	未来之星	气泡式	1	支	13	13

258	一字螺丝刀	WLZX-1185	未来之星	长 150mm	1	支	13	13
259	十字螺丝刀	WLZX-1286	未来之星	Φ6mm, 长 150mm	1	支	13	13
260	木工锤	WLZX-1254	未来之星	重 0.25kg	1	把	34	34
261	钢手锯	WLZX-1026	未来之星	1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身, 锯弓尺寸可以调节, 锯条长度 300mm。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。	1	把	33	33
262	剥线钳	WLZX-1100	未来之星	150mm	1	把	26	26
263	钢丝钳	WLZX-1233	未来之星	150mm	1	把	33	33
264	活扳手	WLZX-1157	未来之星	长 160mm	1	把	34	34
265	乳胶手套	WLZX-1074	未来之星	手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长 200mm。耐低度酸碱。	10	付	21	210
266	洗眼器	WLZX-1113	未来之星	1. 玻璃制品。 2. 符合卫生器械的规定。 3. 方便冲洗眼睛使用。	1	套	44	44
267	工作服	WLZX-1273	未来之星	防酸碱	3	件	383	1149
	小计							114209
	合计							453980

投标人 (盖章) : 江苏未来之星科教设备有限公司

授权代表 (签字或盖章)



注: 1、以上表格中各项可进一步细分, 栏数不够可自加。

2、投标分项报价表中, 规格型号、品牌等内容都需要填写, 若未填写则在总分中扣 5 分。