

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张学军	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 新区疾控中心	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院气腹机采购项目	
	供应商名称: 常州鑫都医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>考虑到其日常使用中该机器输送的气体直接进入人体, 需要其具有精准的压力监测功能和较高的安全性, 以及匹配设备与原有设备的兼容一致性及售后服务的便捷性, 因此匹配设备与原品牌应保持一致, 故此项目建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	张学军	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙克文	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院气腹机采购项目	
	供应商名称: 常州鑫都医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	同医院已有科斯拓斯气腹机, 由于设备发展需要, 需要采购该设备的配套气腹机, 拟采购原品牌使用, 该设备在临床工作中解放医生进入人体, 同时能减轻对患者腹部的压力, 对设备的动力学问题进行了多次试验, 验证了该设备单一来源采购的必要性。	
专业人员签字		日期: 2022年4月7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钱世杰	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 常州市疾控中心	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院气腹机采购项目	
	供应商名称: 常州鑫都医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	考虑到气腹机与主机要完全兼容, 其他品牌产品与现有主机无法完全配套使用, 为保证采购项目的一致性和服务配套的一致性, 考虑到尽可能减少对医院业务运行的影响, 建议采购采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	钱世杰	日期 2022年4月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。