

分项报价表

项目编号：正衡采竞[2022]001号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格（元）	
							单价	合价
1	PCR 扩增仪	ProFlex	96 孔, 0.2ml	见技术指标	2	台	199,000.00	398,000.00
合 计								

供应商名称（公章）：江苏苏美达仪器设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：



技术参数（或服务要求标准）偏离表

设备名称	标书要求参数	投标设备参数	偏离值
PCR扩增仪	★1、加热模块：0.2ml 96 孔，具有 6 个独立控制的 VeriFlex 温控区域，区域间温度差异可以达到 5℃，整板温差可以达到 25℃。	★1、加热模块：0.2ml 96 孔，具有 6 个独立控制的 VeriFlex 温控区域，区域间温度差异可以达到 5℃，整板温差可以达到 25℃。	无偏离
PCR扩增仪	2、PCR 体积范围：10~80 μl。	2、PCR 体积范围：10~80 μl。	无偏离
PCR扩增仪	3、温度范围：0℃~100.0℃。	3、温度范围：0℃~100.0℃。	无偏离
PCR扩增仪	4、温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到 0.1℃。	4、温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到 0.1℃。	无偏离
PCR扩增仪	★5、加热模块最高升降温速率达 6.0° C/秒，样品升降温速率达 4.4℃ /秒。	★5、加热模块最高升降温速率达 6.0° C/秒，样品升降温速率达 4.4℃ /秒。	无偏离
PCR扩增仪	6、温度准确度：±0.25℃（35~99.9℃）。	6、温度准确度：±0.25℃（35~99.9℃）。	无偏离
PCR扩增仪	7、重现性：任意温度达到时间误差小于 5 秒。	7、重现性：任意温度达到时间误差小于 5 秒。	无偏离
PCR扩增仪	★8、8.4 英寸彩色 TFT LCD 屏幕，编程快速简便直观。	★8、8.4 英寸彩色 TFT LCD 屏幕，编程快速简便直观。	无偏离
PCR扩增仪	9、显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态。	9、显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态。	无偏离
PCR扩增仪	10、存储能力：主机可储存 PCR 程序 1000 个，若使用 U 盘存储则无限制。	10、存储能力：主机可储存 PCR 程序 1000 个，若使用 U 盘存储则无限制。	无偏离
PCR扩增仪	11、自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环。	11、自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环。	无偏离
PCR扩增仪	12、软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降，有时间日期显示。	12、软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降，有时间日期显示。	无偏离
PCR扩增仪	13、用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。	13、用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。	无偏离
PCR扩增仪	★14、无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。	★14、无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。	无偏离
PCR扩增仪	15、热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他 PCR 仪的变温	15、热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他 PCR 仪的	无偏离

	速率，现无缝过渡。	变温速率，现无缝过渡。	
PCR扩增仪	★16、整套仪器须通过 SWGDAM/DAB 国际法医组织的质量认证，提供证书或其他证明材料。	★16、整套仪器须通过 SWGDAM/DAB 国际法医组织的质量认证，提供证书或其他证明材料。	无偏离

供应商名称（公章）：江苏苏美达仪器设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：



注：请各位供应商按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页/样本/技术资料等。