

7. 磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：城投采竞磋-2022104号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	强脉冲光与激光系统	科医人	M22	见附页	1	套	1430000.00	1430000.00
合 计							1430000.00	1430000.00

供应商名称 (公章)：国药控股常州有限公司
 法定代表人或代理人 (签字或盖章)：
 表式参考，可根据项目情况自行调整

张涛



扫描全能王 创建

附件：技术参数

产品参数：

设备名称：强脉冲光与激光系统

设备用途说明：用于治疗各种表浅血管病变，色素性病变，皮肤年轻化，皮肤重建，外伤疤痕，紧致肌肤，妊娠纹非剥脱等疾病。

主要技术参数要求：

- 1.具备强脉冲光技术；
- 2.强脉冲光手柄波长：400-1200nm；
- 3.滤光片：具备 515nm,560nm,590nm,615nm,640nm,695nm 滤光片等模式；
- 4.具备 Acne400-600&800-1200nm 滤波片
- 5.具备 Vascular530-650&900-1200nm 滤波片
- 6.具备 8 个滤波片
- 7.更换滤光片技术：滤光片具有不关机更换技术；
- 8.技术要求：具备脉冲均匀的方形波，脉冲始端无能量尖峰，脉冲末端无衰减，保证能量输出稳定；
- 9.能量密度： $\geq 35\text{J}/\text{cm}^2$ ；
- 10.脉宽：4-20ms 脉宽连续可调，非固定脉宽；
- 11.脉冲方式：多个同步脉冲，子脉冲间脉冲延迟时间可视可调，脉冲延迟可视可调；
- 12.操作界面上可调出多个脉冲，如：1 个脉冲，2 个脉冲，3 个脉冲；
- 13.子脉冲能量可视可调；
- 14.子脉冲脉宽可视可调；
- 15.脉冲延迟：5-150ms，连续可视可调；
- 16.频率： $\geq 0.5\text{HZ}$ ；
- 17.治疗光斑具备大小：光斑具备大面积和精细部位两种光斑。
- 18.冷却方式：持续蓝宝石接触式冷却；
- 19.数据库功能：可以存储病人病例；
- 20.冷却系统：外置冷却水循环系统；
21. 具备非剥脱无创点阵技术
22. 非剥脱点阵激光波长：1540nm-1565nm
23. 非剥脱点阵激光：具备微电脑扫描技术
24. 非剥脱点阵激光能量：10-70mJ/束
25. 非剥脱点阵光斑直径： $\geq 6\text{mm}$
26. 非剥脱点阵能量密度： ≥ 400 光束/ cm^2

