

# 供应一览表

供应商（加盖公章）：常州市博奥医疗设备有限公司

产品名称	规格、型号	单价	产地	交货时间
电子大肠内窥镜	CF-H170	348000.00	日本	合同签订后 1 个月内

注：根据需要自行增减行数

## 电子结肠镜 (CF- H170I)

### 主要技术参数要求:

- 1、视野角: 140°
- 2、可达到有效 1080 线
- 3、视野方向: 0° 前视;
- 4、景深: 2-100mm;
- 5、弯曲角度: 上 180° , 下 180° , 右 160° ;
- 6、先端部外径: 12.8mm;
- 7、插入部外径: 12.8mm;
- 8、有效长度: 1330mm;
- 9、全长: 1655mm;
- 10、钳子管道最小器械孔道内径 13mm;
- 11、兼容高频电
- 12、兼容激光
- 13、带 NBI 检查光





# 偏离表

供应商全称（加盖公章）：常州市博奥医疗设备有限公司

项目名称：礼嘉卫生院电子肠镜采购项目（采购单-2022001）

序号	采购文件要求	供应商响应	超出符合或偏离	原因
1	可达到有效 1080 线	达到有效 1080 线	符合	
2	视野范围 140°	视野角：140°	符合	
3	视野方向 0°	视野方向：0°前视	符合	
4	景深 2-100mm	景深：2-100mm	符合	
5	弯曲角度上下≤180° 左右 ≤160°	弯曲角度：上 180°，下 180°，右 160°	符合	
6	先端部外径 ≤13.2mm	先端部外径：12.8mm	符合	
7	插入部外径 ≤12.9mm	插入部外径：12.8mm	符合	
8	工作长度 ≤1330mm	有效长度：1330mm	符合	
9	全长 ≤1680mm	全长：1655mm	符合	
10	最小可视距离 5mm	最小可视距离：5mm	符合	
11	钳子管道内径≥3.6mm	钳子管道最小器械孔道内径：3.7mm	符合	
12	兼容激光：可	兼容激光	符合	
13	兼容高频电：可	兼容高频电	符合	
14	NBI 特殊光检查：有	带 NBI 检查光	符合	

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 单一来源谈判报价书

项目编号	晟泽单-2022001	开标时间	2022年7月6日 14:00
项目名称	礼嘉卫生院电子肠镜采购项目	主持单位	江苏晟泽工程造价咨询有限公司

在本次江苏晟泽工程造价咨询有限公司组织的礼嘉卫生院电子肠镜采购项目竞争性磋商采购活动中，本着诚实信用的原则，对该项目的报价做出承诺，同意以 叁拾壹万壹仟伍佰元 (311500) 元报价作为最终报价及签订合同的合同价，价格严格按照招标要求执行。

其他承诺：

投标单位： 常州市豫兴医院有限公司

投标单位法定代表人或授权委托人（签字）： [Signature]

时 间： 2022.7.6



电子结肠镜

# OLYMPUS CF-H170L/I



## 主要特点

### HDTV画质

HDTV 高清画质带来清晰的内镜图像，细节和色彩均能完整呈现，为内镜治疗领域提供了更广阔的空间。



### NBI (窄带成像)

NBI 功能促进了黏膜表面的毛细血管和其他细微结构的观察，帮助识别疑似病变的区域。



### 近距离对焦

近距离观察时，将内镜先端靠近黏膜至 2mm 处，可获得放大的特写图像。

### 可变硬度


可变硬度可以有效避免内镜再次打结 (比如在乙状结肠)。同时，可以根据每个病例的不同情况对内镜的硬度进行调节，以适合每个病例的解剖结构和医生的操作感受。

### 副送水

只需按下内镜上的按钮或踩下脚踏开关，即可轻松洗净黏膜，给您一个洁净的视野。

### 防水接头

新型接头可以完全浸入水中而无需防水帽。有效降低了因意外进水而损坏内镜的风险。



电子结肠镜 国食药监械(进)字 2014 第 3222945 号

## 规格

光学系统	视野角度	140°
	视野方向	前视
	景深	2-100 mm
插入部	先端部外径	12.8 mm
	先端部放大图	
	物镜	上
	送气/送水喷嘴	右
	副送水管道	左
	钳子管道出口	下
导光束	右	
软性部外径	12.8 mm	
有效长度	L: 1680 mm I: 1330 mm	

钳子管道	钳子管道内径	3.7 mm
	最小可视距离	距先端 5.0mm
高频电烧	内窥镜图像上附件的伸出方向	 副送水
	灼烧治疗	可兼容
弯曲部	弯曲角度	上 180°
		下 180°
		右 160°
		左 160°
全长	L: 2005 mm I: 1655 mm	

# OLYMPUS®

## 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司

北京总部：  
北京市朝阳区新源南路 1-3 号平安国际金融中心 A 座 8 层  
代表电话：010-58199000

大连分公司：  
大连市沙河口区黄河路 620 号现代服务业务总部大厦 9 层 E/F  
代表电话：0411-39752084

西安分公司：  
陕西省西安市和平路 99 号金鑫国际大厦 808 室  
代表电话：029-87206108

上海分公司：  
上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 10 层  
代表电话：021-51582084

广州分公司：  
广州市环市东路 403 号广州国际电子大厦 15 层 1506 室  
代表电话：020-61227171

成都分公司：  
四川省成都市人民南路四段三号来福士广场 T1 11 楼  
代表电话：028-86703535

医疗内镜客户服务中心 400-820-2084

## 奥林巴斯医疗株式会社

日本本部：日本国东京都新宿区 Shinjuku Monolith

沪医械广审(文)第 2016060678 号  
本资料仅供医学专业人士阅读。  
禁忌内容或注意事项详见说明书。  
所有类似均基于本公司产品，特此说明。  
规格、设计及附件如有变更，请以产品注册信息为准。

GC0130ED V03-1606