



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋红进	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 武进区疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 常州市武进区横山桥镇卫生院CT维保	
	供应商名称: 上海麦奥医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT机属于医院重要关键诊断设备, 其安全性对病人来说相当重要, 其维修保养具有一定的专一性, 非原厂零配件的更换将影响机器的性能, 并增加故障与安全风险。建议采用单一来源方式采购原厂维保服务。</p>	
专业人员签字		日期 2022年7月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蔡东昂
	职称: 副主任医师
	工作单位: 常州市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: 常州市武进区横山桥镇卫生院CT维保项目
	供应商名称: 上海表奥医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>一、CT在医院诊断分析方面发挥非常重要的作用。如发生故障,非原厂维修的话,以更换可能影响机器性能指标,故医院倾向于原厂或授权经销商提供维修保养服务。保障机器使用寿命,更好的服务。</p> <p>二、国内非原厂维修厂家或授权经销商所提供的维修保养服务均与原厂无法保障医院现有CT机的安全。</p> <p>三、综上所述,为保证与医院原有设备配套服务的一致,建议采购单位采用单一来源谈判方式 进行采购 与唯一授权常州地区唯一经销商上海表奥医疗器械有限公司进行谈判采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  蔡东昂 </div> <div style="text-align: right;"> 日期 2022年7月8日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张学军	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 新北区疾控中心	
项目信息	项目名称: 常州市武进区横山桥镇人民医院CT维保项目	
	供应商名称: 上海麦奥医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>该设备属于大型医用诊断设备, 精度高, 价格昂贵, 对维修零配件及操作的正规性, 专业性和安全性有很高的要求。非原厂维保人员技术达不到要求, 维修零配件也得不到保障。建议用单一来源方式采购原厂维保服务, 确保设备正常使用。</p>	
专业人员签字	张学军	日期 2022年7月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。