

分项报价表


项目编号/包号：正衡采竞磋【2022】047号/包一 项目名称：纤维用检验仪器采购项目

报价单位：上海罗中科技发展有限公司 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	透湿量测试仪	DATEI	DH-450	1. 温度范围：20~60℃（精度：±0.3℃） 2. 湿度范围：40~95%（精度：±1.5%） 3. 循环风速：0~1m/s 持续稳定循环气流、可根据风速旋钮自由调整。 4. 透湿杯材质：耐腐蚀、表面经过氧化处理的铝材。 5. 透湿杯：GB/T 12704 法要求用 5 或 10 个，可选 透湿杯厚度：3mm 透湿杯内经：60mm 透湿杯杯身：22mm 透湿杯外圈：内径60mm、外径90mm 透湿杯压环：内径60mm、外径90mm、厚度3mm 透湿杯垫圈：内径60mm、外径90mm、厚	1	台	320000	320000



			<p>度 3mm 树脂橡胶</p> <p>透湿杯盖：透明树脂</p> <p>6. 透湿杯放置台： 匀速旋转式架台、可使每一个透湿杯均保持同一测试环境。</p> <p>7. 测试时间范围： 0~99 小时 59 分钟 可自由设定</p> <p>8. 保护装置：温度 过高保护装置、机内 温度超过 70 度时、 自动停止运行。 加水指示灯、给水箱 缺水时指示灯点亮、 防止无水空烧。</p> <p>9. 可以完全对应标 准 GB/T 12704. 进行 以下条件试验</p> <p>10. 配有倒杯法测试 装置，可进行倒杯法 测试。</p> <p>11. 冷冻机：空冷式 密闭型压缩机</p> <p>12. 冷却器：多段式 散热片冷却机</p> <p>13. 加湿器锅型加湿 器</p> <p>14. 加热器：散热片</p> <p>15. 循环送风机：鼓 风机</p> <p>16. 圆盘试样架：φ 270 mm、2 段</p> <p>17. 试样架旋转速</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



				度：约 8r. p. m 18. 给水方式水泵抽水 19. 给水箱：10L					
2	接触凉感测试仪	KATO TECH	KES-QM	1. 样品尺寸： 180x180mm(标准)、 厚度<25mm； 2. 瞬间接触冷暖感的测定所用时间≤2分钟； 3. 温度误差 <=0.1℃； 4. 测温测热探头：质量 90 克，30×30mm， 表面镀银； 5. 温度显示：精确到 0.1℃， 6. 显示范围： 0—40℃； 7. 稳定时间： 0-60 分钟（可配置以 1 分钟为增量）； 8. 测量次数： 1-10 次。	1	台	420000	420000	
合 计								740000	740000

- 注 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：上海罗中科技发展有限公司

日期：2022 年 7 月 21 日



Handwritten signature in black ink.