

7、分项报价表

分项报价表

项目编号/包号： 正衡采竞磋[2022]058号

项目名称： 常州大学液相色谱仪采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	四元梯度泵(含溶剂架和脱气系统)	赛默飞世尔科技有限公司	EX1600HP	四元泵:串联双柱塞, 无需阻尼器, 陶瓷单向阀, 内置脱气机和柱塞杆密封圈清洗系统; 流量范围 : 0.001-10mL/min, 步进 0.001 mL/min; 最大耐压: 70 MPa (0-5 mL/min 流速范围内); 标配主动式单独流路清洗和柱塞液滴计数器(自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况), 全自动压缩性补偿; 流量准确度: $\pm 0.1\%$; 流量精度 $< 0.05\%$ RSD; 梯度形成: 低压梯度比例; 梯度准确度: 满量程的 $\pm 0.5\%$; 梯度精度 $< 0.15\%$ SD; 溶剂脱气: 内置 4 通道脱气机。	2	个	200000	400000
2	柱温箱	赛默飞世尔	VC-C10	帕尔贴结合空气循环模式、直热模式双模	4	个	10000	40000



		尔科 技有 限公 司		式温控；3.2 温度范围：5-85℃，0.1℃增量；温度稳定性：±0.05℃；温度准确度：±0.5℃；容量：不少于 2 个柱槽预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用；安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。				
3	自动 进样 器	赛默 飞世 尔科 技有 限公 司	VC-A13	操作原理：分流进样；最大耐压：70Mpa；进样体积：0.01~100 μL；进样量准确度：±0.5%；进样量精度：RSD<0.25%；进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）；进样周期时间：<8 s；交叉污染：0.0004%； 2.9 样品容量：2mL 自动进样瓶不小于 200 位，兼容 4mL、10mL 进样瓶和不同规格的孔板，自动化特点：条码读取；空位检测；样品架 / 孔板确认；库存管理。	2	个	20000	40000
4	紫外	赛默	VC-D40	原理：双波长，可变波长；光源：氙灯、	4	个	5000	20000



	检测器	飞世尔科技有限公司		钨灯； 频带宽度：6 nm 在 254 nm；通道数量：2 个；波长范围：190-750 nm；波长准确度：± 1 nm； 波长精确度：± 0.1 nm；线性范围：< 5% RSD 在 2.5 AU 时； 数据采集频率：125HZ 自动校正； D-alpha 线法自校正， 氧化钛滤光器验证					
5	C18 高压色谱柱自动进样瓶	赛默飞世尔科技有限公司	C18	硅胶：球形，高纯度 (<10ppm 金属杂质) 孔径：120Å 粒径：1.8、2.2、3、4、5、7 和 10μm 孔体积：1.0mL/g 比表面积：300m ² /g, 2ml	2		4000	80000	
5	电脑	联想	R5-3	8G 256G	2	台	5000	10000	
合 计								241000	518000

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：泰科施普（北京）技术有限公司

日期：2022 年 9 月 14 日