

分项报价表

项目编号/包号: JSZC-JC2022-008

项目名称: 新北区农业绿色发展试验仪器设备购置

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	流动分析仪	斯卡拉	San++Class ic	详见流动分析仪 采购需求偏离表	1	套	699800	699800
2	烘箱	三发	DHG-9423	温度波动: $\pm 1^{\circ}\text{C}$; 温度范围: 室温 10~200 $^{\circ}\text{C}$, 容积 $\geq 429\text{L}$	1	台	7660	7660
3	冰箱	海尔	BCD-523	冷藏 2~6 $^{\circ}\text{C}$ 、冷 冻达-18 $^{\circ}\text{C}$ 以上、 容积 $\geq 500\text{L}$	1	台	2900	2900
4	冰柜	海尔	BD-519	冷藏 2~6 $^{\circ}\text{C}$ 、容 积 $\geq 519\text{L}$	1	台	2880	2880
5	纯水机	双雪	phoenix-30 s	总溶解性固形物 含量 TDS < 200ppm, 水压 1.0-5.0kg/cm ² , 水温 25 $^{\circ}\text{C}$ 制水量: ≥ 20 升/ 小时 出水流速: 1.5-1.8 升/分钟 (水箱储水时) RO 出水水质: 电 导率 2-10 $\mu\text{s/cm}$ UP 出水水质: 电 阻率 10-16 M $\Omega\cdot\text{cm}$ (在线监 测), 重金属离子	1	台	15000	15000

				<0.1ppb,总有机 碳(TOC)<30ppb				
6	COD快 速测定 仪	盛奥 华	6B-200/6B- 56	测量范围: 0~ 1000 mg/L 批处理量: ≥30 支 测试精度: COD< 50mg/L, ≤±10% COD>50mg/L, ≤ ±5% 检出限: 0.1mg/L 测定时间: 20分 钟	1	台	9450	9450
7	超声波 清洗机	洁盟	JB-080S	容积: 22.5 L 功率: 500 W 超声频率: 40 KHZ 计时: 30分钟 加热: 有	1	台	1880	1880
8	天平	幸运	XY1000C	分度值: 0.01g 量程: 1kg	2	台	295	590
9	移液枪	艾本 德	量程: 0.1~ 1ml 和 0.5~ 5ml 各2支	量程: 0.1~1ml 和 0.5~5ml 各2 支	4	支	1735	6940
10	分液器	艾本 德	7032200104	量程: 5~50 ml	2	支	3780	7560
11	电导率 仪	佑科	P901	测量范围: 0~100 mS/cm 工作温度: 0~ 99.9℃	1	台	1050	1050
12	pH计	佑科	P902	测量范围: 0~14 分度值: 0.01	1	台	1050	1050
13	火焰光 度计	仪电	6000a	检测限: K: 检测 限≤ 0.004mmol/L; Na: 检测	1	台	5040	5040

				限 $\leq 0.008\text{mmol/L}$ 响应时间: 响应时间 $< 8\text{s}$ 样品吸喷量: 样品吸喷量 $< 6\text{mL/min}$ 环境温度: $10^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $\leq 85\%$				
14	智慧电导率电极	山东仁科	RS-SZJC-4G	测量范围: $0.2 \sim 2000 \mu\text{S/cm}$; 供电及数显设备(包括安装支架套装, 防水数采机箱, 12V/60Ahs 可充电电池, 50W 太阳能板及安装支架, 光伏电压控制器); 1年云平台流量。	6	台	6300	37800
合 计: 柒拾玖万玖仟陆佰元整								799600

报价单位: 人民币元

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商名称(加盖公章): 上海润捷化学试剂有限公司

日期: 2022年9月16日