

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钱书	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 常州市疾控中心	
项目信息	项目名称: 常州市肿瘤医院瓦里安直线加速器维保服务项目	
	供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司	
专业人员论证意见	<p>本项目对器械的操作性能及安全性能有较高要求, 对零配件安全性、产品质量以及维修人员技术以及维修工具有特别高要求。</p> <p>因此只能从原厂购买维保服务, 故建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	钱书	日期 2022年2月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: (孙明才)	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 常州市肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 常州市肿瘤医院瓦里安直线加速器维保服务项目	
	供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司	
专业人员论证意见	直线加速器属于高精尖医疗设备, 对器械的精度、稳定性、使用寿命等都有较高的要求。因此, 对采购的器械, 产品质量、售后服务的要求, 也是非常重要的。经对市场上同类产品进行对比, 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司的产品, 在性能、质量、售后服务等方面, 均能满足本项目的要求。故建议采购人采用单一来源采购的方式进行采购。	
专业人员签字	(孙明才)	日期 2021 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>廖小华</u>
	职称: <u>高级工程师</u>
	工作单位: <u>常州市儿童医院</u>
项目信息	项目名称: <u>常州市肿瘤医院瓦里安直线加速器维保服务项目</u>
	供应商名称: <u>瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>非原厂零配件不能保证直线加速器设备的运行安全和医疗安全乃至医疗质量!同时无法保证第三方维修人员参差不齐的维修技能,对临床诊疗工作有不可控的安全隐患,考虑到患者安全和风险,因此需要购买原厂零配件。建议本项目采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<u>廖小华</u> 日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。