

7 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：恒源采竞磋-2023005

项目名称：溧阳市竹箬镇中心卫生院数字化X射线摄影系统（DR）采购及安装

项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	高频高压发生器	康达 洲际	KD-105 B	输出功率 55kW、输出频率≥200kHz、输出电压范围 40 - 150kV、最大电流≥630mA	1	个	15800 0.00	158000. 00
2	X射线管	西门子	SR150/ 30/50	双焦点：0.6/1.0mm、阳极热容量≥330kHU、最大电压150kV	1	根	10000 0.00	100000. 00
3	医用X射线平板探测器	奕瑞	FPD1M	探测器技术：非晶硅 碘化铯、像素间距 139×139um、像素 矩阵 3072×3072、 成像尺寸 17" ×17"、 连接方式：无线	1	台	17000 0.00	170000. 00
4	医用X射线平板探测器	奕瑞	FPD1M	探测器技术：非晶硅 碘化铯、像素间距 139×139um、像素	1	台	17000 0.00	170000. 00



				矩阵 3072×3072、 成像尺寸 17" ×17"、 连接方式：无线				
5	图像采集处理系统及其他	康达洲际	KD-819	标准 DICOM3.0 接口以及 HL7 标准，可以连接至 PACS、HIS、RIS 及激光照相机等 DICOM 接口的设备，具备图像传输功能	1	套	52000.00	52000.00
...	/	/	/	/	/	/	/	/
合计：小写人民币：650000.00 元 大写人民币：陆拾伍万元整 保外费用：一年质保期满后，整机保费 8 万/年							65000.00	650000.00

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：南京华东医药有限公司

日期：2023年4月7日



- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。