

12202211500057

销 售 合 同

合同签订地点：常州市第一人民医院

合同编号：QXK-ZBB2022-014

甲方：常州市第一人民医院
地址：江苏省常州市局前街185号
电话：0519-68870000（医院）/68870822（装备物资采购处）
传真：0519-86606207
邮编：213003

乙方：国药控股常州有限公司
地址：常州市龙江中路6-1号
电话：0519-69988155
传真：0519-69988155
邮编：213000

一、产品具体情况：

商品名称	规格型号	产地	品牌	单位	数量	市场单价 (元)	成交单价 (元)	成交总金额 含税价(元)
多道生理记录仪	LEAD-EP F	四川	锦江	套	1	780000.00	720000.00	720000.00
合计人民币金额(小写)：720000.00					合计人民币金额(大写)：柒拾贰万圆整			

二、设备详细配置：

见附件1。

三、售后服务和要求：

1. 设备验收以甲方的验收报告为准，自双方约定的技术验收通过第二天起计算质保期，整机含配件免费全保伍年；质保期过后，终身维修，免收人工费，只收配件费，配件按报价8折。
2. 确保设备质保期内开机率为95%。如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。
3. 如设备发生故障，乙方在接到甲方质保电话2小时内予以响应，24小时内修复完成，如果不能修复完成，公司提供样机确保甲方在质保期内工作正常进行，如果不能提供样机，当天不能修复完成，应提前告知甲方，抓紧组织维修，超过一天，质保期延长两周。
4. 与该设备相关的易损件、耗材和试剂分项报价和优惠承诺见附件2（无），乙方承诺如各种原因导致成本上涨，给甲方的优惠价格不变；如上级政府或医院需要，还降低价格，可以双方协商解决。
5. 其他特别承诺的售后服务：若出保后买保则维保价格不高于5万元/年

四、到货时间：

合同签订后2个月内到货。如在规定时间内不到货，延迟1天则扣除货款金额的5%，以此累计。

五、交货地点：

甲方指定地点。

六、付款方式和要求：

1. 设备安装、调试、验收合格，并培训指导完成后，乙方向甲方提供发票，甲方按医院签票流程首付30%货款，正常使用3-4个月后再付60%货款，12个月后付清10%余款。
2. 设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

七、资质、质量要求及技术标准：

1. 乙方须向甲方提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证

(或医疗器械生产企业许可证)、代理证明,以及医疗器械注册证、医疗器械注册登记表(含明细表),并确保所有证件真实、合法、有效。

2. 所提供医疗器械产品注册证必须真实、合法、有效;所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致。国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册号。
3. 乙方所提供的产品的技术标准适用国家、行业、企业标准之中最严格的技术标准,且能够实现本合同之目的。
4. 其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。
以上条款必须满足,否则由此引起的一切责任由乙方负责。

八、设备到货、安装、验收和培训:

1. 乙方到货、安装和调试必须事先与甲方联系,必要时由甲方联系商检部门监督拆箱和验收货物。设备安装、调试结束后,乙方派工程师现场协助甲方对设备进行验收,填写验收报告。
2. 在安装过程中或安装结束后,乙方工程师负责对甲方进行操作、保养和维修的培训,必要时需按照事先约定跟台手术。
3. 乙方所供设备如验收不合格,根据甲方的要求,乙方必须无条件换货或退货,由此引起的一切损失由乙方承担。

4. 设备到货后,乙方应提供给甲方机电设备进口证明(如需要)、报关单、海关免税证明(如免税)、原产地证书、质量保证书、商检证书、安装图纸、全套随机技术资料等。
5. 乙方保证其提供的产品不侵犯第三人知识产权,若甲方因使用该产品遭受第三人主张知识产权侵权,乙方应当及时并直接参与处理,造成甲方经济损失的(包括但不限于停用设备补救措施损失、诉讼费、取证费、保全费、律师费、交通费等直接和间接损失),均由乙方承担。

九、违约责任:

甲乙双方在执行合同时应当依照《中华人民共和国民法典》执行。对于本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。若出现纠纷,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式柒份,甲方执伍份,乙方执壹份,代理机构持壹份。

甲方(签章):常州市第一人民医院
 法定代表人: 
 授权代表: 

乙方(签章):国药控股常州有限公司
 法定代表人: 
 授权代表: 

2022年 月 日

2022年 月 日

见证方:常州信达招标有限公司
 代理机构(章): 

经办人:  电话: 18015857777

第 一 份

常州有限
审核



LEAD-EP F 多道生理记录仪配置单

项 目	单 位	数 量
操作台	可移动式机架	台 1
计算机系统	CPU Intel Xeon E5-1620v4 3.5 10M 2400 4C(四核)	套 1
	内存8G	
	硬盘 1+4TB (双硬盘双系统, 正版Windows 7 操作系统平台)	
前置放大器	12道全体表SECG通道	台 1
	4道有创血压BP通道	
	64个心内输入通道	
	DSP数字信号处理系统	
	4道外刺激信号输入通道	
	1道外刺激同步信号输入通道	
	4道模拟信号输入通道	
	4道模拟信号输出通道	
	※内置程控刺激	
打印系统	高速高分辨率激光打印机	台 1
显示系统	22寸液晶显示器	台 2
键盘	104键标准键盘	个 1
鼠标	标准鼠标	个 1
射频信息共享	射频信息显示	套 1
血压测量	有创压力导联线	根 2
DVD光盘刻录系统	可将硬盘中的手术资料转存到光盘中, 做为资料永久保存。	套 1
体表连线	全体表导联线	套 1
心内输出盒	符合最新国际安全标准的SOCKET连接。心内插板支持32个输入电极, 可组合成16通道	个 2
记录分析软件	1、多分屏实时波形显示 2、可全程存储手术数据, 可手动选择存储手术数据片断 3、多分屏冻结、回顾波形 4、多分屏刺激标测、刺激对比 5、多分屏事件、注释的标注、编辑 6、高清波形打印, 可打印预览, 可单屏打印, 可多屏组合打印 7、高清波形截图、预览、打印、另存, 可单屏截图, 可多屏组合截图 8、各类事件存储、回顾、编辑, 包括测量、图形、药物、刺激、标测等 9、与心脏射频消融仪信息共享	套 1
术后编辑软件	1、导入、导出病例数据, 兼容移动硬盘、光盘 2、多分屏回顾波形 3、多分屏事件、注释的标注、编辑 4、高清波形打印, 可打印预览, 可单屏打印, 可多屏组合打印 5、高清波形截图、预览、打印、另存, 可单屏截图, 可多屏组合截图 6、各类事件存储、回顾、编辑 (Microsoft Office软件), 包括测量、图形、药物、刺激、标测等	套 1
附件箱 (含技术使用说明书)		个 1

