





常州市第三人民医院西门子 DSA 球管采购项目单一来源论证专家签到表

时间：2023 年 10 月 8 日

专家姓名	职务职称	工作单位	联系电话
曹强	主任	常州市中医院	13861268007
沈彬	工程师	常州二院	15961137361
潘志忠	科长	常州市中医院	18715193588

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 常州市第三人民医院西门子 DSA 球管采购项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>该设备属于专用医用检查设备, 精度要求高, 对操作人员的要求高, 选择错误会影响图像质量与检查效果。从医院实际工作情况, 历年以来均以采购该品牌设备作为采购方式。为提升医院工作效率, 减少经济负担, 故建议采购同一品牌之设备为宜。</p>
专业人员签字	
	日期: 2022年10月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	沈世
	职称:	工程师
	工作单位:	常州二院
项目信息	项目名称:	常州市第三人民医院西门子 DSA 球管采购项目
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>由于该设备为专业医用设备，检查精度要求较高。因此对于其零配件的质量要求也极为严格。而球管作为DSA设备中重要的高值零配件，对于图像质量，检查效果有着较大的影响。而非原厂球管在零配件来源、技术专业性及兼容性方面都无法提供专业保障，且第三方零配件维修时间较长甚至会出现无法维修的情况。因此需购买原厂球管。</p> <p>综上所述，建议本项目采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	沈世	日期 2023 年 10 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 凌志
	职称: 高级职称, 主任医师
	工作单位: 常州市人民医院
项目信息	项目名称: 常州市第三人民医院西门子 DSA 球管采购项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>由于 DSA 设备为专业医用检查设备, 价值昂贵, 设备精度要求高, 任何一个零部件均可能影响设备的图像, 射线剂量, 分辨率, 对比度和噪声等因素。球管属于设备最贵的高值零部件。非原厂球管在零部件质量, 技术专业性以及维修人员配件等方面均不可做有可靠保障。第三方零件更换及维修, 可能造成图像失真, 从而影响患者的诊断工作。且维修时间长, 质量不保证, 故建议购买原厂球管。</p>
专业人员签字	凌志
	日期 2023 年 10 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。